

National Hemophilia Foundation

Avis médical n° 414 – Mise en garde au sujet des tampons d'alcool non stériles

Le 26 octobre 2011

En janvier 2011, la National Hemophilia Foundation (NHF) a émis un Avis médical (n°412) au sujet du rappel des tampons d'alcool non stériles d'une société, Triad. En avril, la FDA (Food and Drug Administration) a forcé la fermeture de cette société. Or, il appert que d'autres infections ont été rapportées chez des patients qui utilisent des tampons d'alcool non stériles fabriqués par une autre société, Pacific Disposables International (PDI). La FDA avait d'ailleurs enjoint cette dernière de rappeler ses produits. Les sociétés emballent leurs produits sous leur propre étiquette et sous celles d'autres sociétés.

À l'heure actuelle, il semble prudent de recommander à quiconque a en sa possession des tampons d'alcool ou autres badigeons/tampons désinfectants, de vérifier si les emballages portent la mention « stérile ». Cela inclut les tampons emballés avec les nécessaires d'administration de facteurs et autres produits i.v. Si le mot « stérile » n'apparaît pas sur l'emballage, il est impossible de confirmer la stérilité de son contenu. Par conséquent, il serait préférable de cesser l'emploi des tampons qui ne portent pas la mention « stérile » et de demander au distributeur des facteurs de coagulation de les remplacer par des tampons stériles.

Les infirmières doivent aussi vérifier leurs réserves de tampons d'alcool et s'assurer de n'utiliser que des tampons stériles. Cela est particulièrement important pour les patients porteurs de dispositifs d'accès veineux à demeure (cathéters ou chambres implantables) et pour les patients dont le système immunitaire est affaibli, mais cette mesure devrait s'appliquer à tous.

MÉDECINS : Prière de transmettre cette information à tous les professionnels de la santé de votre région qui travaillent auprès de patients hémophiles.

SECTIONS : Prière de transmettre cette information à vos membres.

Vous pouvez vous inscrire au Patient Notification System (PNS) pour recevoir directement les plus récents avis de rappels ou de retraits de produits recombinants ou dérivés du plasma. Le système est confidentiel et périmable. Il est administré par un organisme indépendant et il est gratuit. Pour s'inscrire au PNS, composer le 1 888 UPDATE-U ou se rendre à l'adresse **www.patientnotificationsystem.org**.

Ce document vous est fourni à titre d'information seulement. La NHF ne donne aucun conseil de nature médicale et ne pratique pas la médecine. Elle ne formule aucune recommandation médicale spécifique et recommande à tous de consulter un médecin ou un centre de traitement de l'hémophilie avant d'entreprendre quelque traitement que ce soit.